



文件号(File No): HN140524-25C

日期 (Date): 2014.05.24

TO: _____

超声波高功率换能器

(Ultrasonic Transducer of High Power)

HNW-8AS-5020(7X4)+Ladder Booster

产品规格书

Specification



苏州工业园区海纳科技有限公司

地址: 苏州工业园区车坊金谷路 17 号; 邮编: 215000; 电话: 0512-62609098; 传真: 0512-65918591

性能参数(SPECIFICATION)

1. 范围 Scope

本产品适用于工业、实验室等仪器设备。

This product is suitable for industrial, laboratory instrument and equipment.

2. 规格 Model

HNW-8AS-5020 (7X4) +Ladder Booster

3. 性能参数(Specification)

3.1 尺寸 Dimensions

详见产品外形图 As per the drawing No:

HN140524-25C 4/4 (HNW-8AS-5020 (7X4) +Ladder Booster)

3.2 电性能参数 Electrical specification

3.2.1 谐振频率 Resonant Frequency (fs)

$f_s = 19.6 \pm 0.6 \text{ kHz}$

3.2.2 谐振阻抗 Resonant Resistance (Zr)

$Z_r \leq 10 \Omega$

3.2.3 工作频率 Operation Frequency (fs)

$f_o = 19.9 \pm 0.5 \text{ kHz}$

3.2.4 静态电容 Capacitance (Cp)

$C_p = 11.0 \text{ nF} \pm 10\%$

3.2.5 机械品质因素 Mechanical Factor (Qm)

$Q_m \geq 1000$

3.2.6 谐振频宽 Bandwidth ($\Delta f = f_p - f_s$)

$\Delta f \geq 0.2 \text{ kHz}$

3.2.7 绝缘阻抗 Insulation Resistance (Rv)

$R_v \geq 100 \text{ M}\Omega \text{ (2000V DC)}$

标题 Title

超声波 Ultrasonic transducer

设计 Design

审核 Check

批准 Approval

4. 测试过程控制 Test Procedure

4.1 测试条件 Test Atmosphere

温度 Temperature: $23\pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 Humidity: 40 ~ 70%RH.

4.2 测试设备 Apparatus

4.2.1 Cp、fr、Zr、Qm 和 Δf 参数测试 The Parameters Test

TH2818 元件自动分析仪或压电阻抗分析仪

(The TH2818 Impedance Analyzer or the piezoelectric Impedance Analyzer)

4.2.2 Rv 参数测试 Test Rv

KYORITSU 3121 高压测试仪

(High voltage Insulation tester .Model 3121 KYORITSU)

5. 输入功率 Input Power

最大输入峰值功率 Maximum Peak Power P: 1200W

最大输入平均功率 Maximum Continue Power P: 200W

最大输入电压 Maximum Voltage V_{P-P} :1200V

6. 工作环境 Working Condition

环境温度 Temperature: $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$

环境湿度 Humidity: $\leq 85\%RH$.

7.工作温度 Temperature

7.1 最大工作温度: $T_{\max}\leq 80^{\circ}\text{C}$ (Maximum Operating Temperature)

7.2 建议工作温度: $T\leq 60^{\circ}\text{C}$ (Recommended Operating Temperature)

8. 组成材料 : Materials

8.1 前辐射块 Front matching: 铝合金 (Aluminum Alloy)

8.2 后匹配块 Back matching: 铝合金 (Aluminum Alloy)

8.3 压电晶体 Piezo-ceramic: PZT-8 (PZT-8)

8.4 电极片(Electrode): 镀青铜 (Copper Alloy)

8.5 变幅杆 (Booster) : 合金钢 (Steel Alloy)

9. 产品有效工作时间 Working time :

换能器是一个高频振动的易损件，主要损耗体现在陶瓷元件的电性能衰竭（退极化）和开裂，金属材料内部空化、螺杆锁紧力松动等方面。

经实验确认，在满足上述驱动工作要求，换能器部分不低于 2000 小时。

Ultrasonic transducer is a wearing part of higher frequency vibration, the main loss is the electrical properties of ceramic components failure (depolarization) and cracking, steel alloy material internal cavitations, fracture, screw loosening and locking force of bolt and so on.

The experiment confirmed that the total effective working time is not less than 2000 hours only for transducer.

10. 外形示意图 (Drawings and Dimension)

